ROYAUME DU MAROC
MNISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DELEGATION PREFECTORALE DES ARRONDISSEMENT MOULAY RACHID
CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL
DES ARRONDISSEMENTS MOULAY RACHID
CASABLANCA

المملكة المغربية
وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية
المندوبية الإقليمية لمقاطعات مولاي رشيد
المركز الإستشفائي الإقليمي لمقاطعات مولاي رشيد
الدار البيضاء

Avis d'achat sur bon de commande n° 11/2026

Le ministre de la sante représenté par Dr. MOUAOUIA Khadija Médecin-Directrice du Centre Hospitalier Préfectoral des arrondissements Moulay Rachid de Casablanca procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat des éclairages opératoires mobiles pour CHP MOULAY RACHID CASABLANCA.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation des prestations	Unité	Quantité
1	**Achat des éclairages opératoires mobiles** **Source lumineuse :** • Technologie : LED haute performance • Intensité lumineuse : 70 000 à 160 000 lux selon modèle • Durée de vie LED : jusqu'à 50 000 – 60 000 heures • Éclairage sans émission de chaleur importante **Qualité d'éclairage :** • Indice de rendu des couleurs (IRC) : ≥ 90 à 97 (fidélité des tissus) • Température de couleur réglable : 3 500 K à 5 000 K • Lumière homogène avec réduction des ombres • Profondeur d'éclairage importante (jusqu'à >1000 mm) **Réglages et commandes :** • Réglage de l'intensité lumineuse (gradateur) • Réglage du diamètre du champ lumineux • Modes d'éclairage : standard / endoscopie / faible intensité • Commande via panneau ou poignée stérilisable **Conception et mobilité :** • Base mobile avec **4 roulettes (dont freins)** • Bras articulé pour orientation facile	Unitaire	4

Médecin Directeur
Dr. MOUAOUIA Khadija
Directrice du CHP
Moulay Rachid P.I

	• Coupole LED • Design aérodynamique compatible flux laminaire Matériaux antibactériens et faciles à désinfecter alimentation : **220 V / 50-60 Hz**		

Lieu d'exécution : Centre Hospitalier Préfectoral des arrondissements Moulay Rachid de Casablanca.
Délai d'exécution de la prestation : 7 jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 27/04/2026 à 12h00

Les plis contenant les devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Ministère de la Santé
Médecin
Directeur
Dr. MOUAOUIA Khadija
Directrice du CHP
Moulay Rachid P.I