ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'OUARZAZATE
CERCLE AMERZGANE
COMMUNE D'AMERZGANE

Avis d'achat sur bons de commande N°18/CA/2026

La Commune d'amerzgane procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACQUISITION DE VEHICULE AMENAGE EN AMBULANCE EQUIPEE AU PROFIT DE LA COMMUNE AMERZGANE PROVINCE D'OUARZAZATE.

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	UNITE	QUANTITE
01	ACQUISITION DE VEHICULE AMENAGE EN AMBULANCE EQUIPEE AU PROFIT DE LA COMMUNE AMERZGANE PROVINCE D'OUARZAZATE	Caractéristique du véhicule ambulance équipée : Série : Design • Options : principales options Climatisation manuelle • Motorisations : ✓ Moteur : 2,0 / 150 ch ✓ Version : L1H1 ✓ Carburant : Diesel ✓ Puissance fiscale : 8 MAX ✓ Puissance Maxi KW CEE (ch) au régime de (tr/min) : 110 (150) à 3500 ✓ Couple Maxi KW CEE (m.kg) au régime de (tr/min) : 350 à 1500 ✓ Empattement : 3098 mm ✓ Type de boîte : manuelle ✓ Nombre de rapports : 6 ✓ Direction : Assistée Electrique ✓ Cycle urbain / extra-urbain / mixte (l/100 km) : 8 / 5,9 / 6,6 •Accessoires : ✓ Roue de secours + cric hydraulique avec manivelle + outillage de service •Aménagement de la cellule sanitaire : ✓ Cloison de séparation entre la cabine et l'habitacle sanitaire dotée d'une fenêtre de communication et les deux compartiments doivent être climatisés. ✓ Revêtement intérieur, des parois latérales et du plafond en polyester ou assimilé lavable avec une isolation thermique à base de laine de verre. ✓ Plancher en contreplaqué recouvert de gerflex anti glissant à grande usure ✓ Un plan de travail avec rebord et un revêtement lavable ✓ Un volume libre au-dessus du plan de travail pouvant être surmonté d'un volume de rangement ✓ Des rangements sous forme d'armoires, placards, rayonnages etc. … agencés de façon à recevoir les matériels de soins de secours. ✓ Vitre collée à la porte coulissante avec système de coulissage incorporé ✓ Potence de maintien pour accompagnateurs. ✓ Porte perfusion réalisé en aluminium ✓ Un Extincteur de capacité 2 kg minimum ✓ Climatisation arrière Equipements : •Un Brancard principal en aluminium avec système d'ancrage antérieur et postérieur et matelas avec plan dur prenant plusieurs positions en hauteur (position proclive/déclive) dont les mesures comme suit : •Banc glissant pour le brancard /table de civière en position centrale ; •Matelas amovible avec têtière réglable et doté de sangles mobilisatrices avec un système de suspension ; •Un support pour sérum bien fixé au plafond ;	u	01

		•bouteille d'oxygène de 1 m3 placées près de la tête du brancard avec deux manodétenteurs avec débitmètre 15 l/min •Un siège médecin avec ceinture de sécurité ventrale •Siege latéral avec appui-bras et ceinture de sécurité. •Un insufflateur permettant d'insuffler de l'air et de l'oxygène livré avec une valve pour adulte et enfant, un masque transparent pour Adulte et Enfant. •Un jeu de (06) attelles gonflables. •Alimentation électrique sur 220V et 12V. Électricité : ✓ Outre le circuit d'origine, le véhicule doit comprendre : ✓ Deux plafonniers en LED. ✓ Une rampe Gyrophare (1m 20) ✓ Deux prises 12V et deux prises 220V. ✓ Un Aérateur électrique aspirant/soufflant avec interrupteur inverseur. ✓ Deux Phares antibrouillard. ✓ Un Avertisseur sonore. ✓ Un Projecteur Extérieur ✓ Un Convertisseur SIGLAGE Peinture et écriture : Nouveau logo et écriture commune ..... (بالعربية والفرنسية) DOCUMENT D'IMMATRICULATION ❖ Certificat de conformité ; ❖ Certificate de garantie fourni par la construction du véhicules ❖ Certificate de dédouanement; ❖ Réception à Titre Isolé (RTI) ❖ Homologation par type de véhicule ;		

NB :

Les concurrents sont tenus de déposer le catalogue au bureau d'ordre de la commune, avant la séance d'ouverture des plis, dans une enveloppe fermée portant obligatoirement :

- le nom de la commune ;
- l'objet de bon de commande ;
- le numéro de bon de commande .

Le dépôt doit être accompagné d'un accusé de réception dûment cacheté

- Lieu de livraison : aux siège de la commune amerzgane - province d'ouarzazate.
- Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :02 mois.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 18 /05/2026 à 10h 00min.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Amerzgane, le 13/05/2026

Le président de la commune

