Royaume du Maroc
Université Mohammed V de Rabat
Ecole Supérieure de Technologie de Salé

Ecole Supérieure de Technologie de Salé
Université Mohammed V de Rabat

المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس بالرباط
المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 37/ESTS/2026

Le Directeur de l'École Supérieure de Technologie de Salé procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de matériel d'enseignement

Important :

- **Une caution provisoire d'un montant de 1500,00 DH, établie au nom de l'École Supérieure de Technologie de Salé, doit être scannée et envoyée à l'adresse suivante : ests.marchespublics@outlook.com avant la date et l'heure limites de réception des devis.**
- **L'attribution du bon de commande ne sera prononcée qu'après réception de l'original de la caution provisoire, qui doit être déposé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'invitation.**
- **En cas de refus d'exécution de la prestation par le titulaire, la caution provisoire restera acquise à l'École.**
- **La caution provisoire doit mentionner avec exactitude l'objet de la consultation.**
- **Il est impératif de transmettre les fiches techniques du matériel à l'adresse ests.marchespublics@outlook.com dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de l'invitation.**

À défaut, l'offre sera considérée comme non conforme et rejetée.

1- Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
01	Photomètre multiparamètre DCO de paillasse avec reconnaissance des tubes par code-barres, type Hanna HI83224-02 ou équivalent de même gamme	Photomètre multiparamètre pour l'analyse de la DCO et des eaux usées présentant au minimum les caractéristiques suivantes : • Au moins 15 méthodes de mesure, dont la DCO en trois gammes : 0 à 150 mg/L, 0 à 1 500 mg/L et 0 à 15 000 mg/L • Autres paramètres : ammoniaque (gammes basse et haute), chlore libre et total, nitrates, azote total (gammes basse et haute), phosphore réactif, hydrolysable et total • Reconnaissance automatique de la méthode et de la gamme par lecture du code-barres des tubes de réactifs • Source lumineuse : lampe tungstène avec filtres interférentiels à bande étroite ; détecteur à photocellule silicium • Lecture avec rotation du tube et moyenne de plusieurs mesures • Écran LCD graphique rétroéclairé avec aide à l'écran • Mémorisation d'au moins 200 mesures (paramètre, résultat, n° d'échantillon, n° de lot, date et heure)	U	1

		• Port USB pour le transfert des données vers un PC • Alimentation secteur 230 V • Fourni avec : tubes échantillons et bouchons, chiffons de nettoyage et manuel d'utilisation		

Lieu d'exécution : EST de Salé.

Date de livraison de la prestation : au plus tard le 07/12/2026

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 à 10h00.

Les devis des concurrents sont déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Directeur

Université Mohammed V Ecole Supérieure de Technologie Salé Rabat

Abderrahman NOUNAH