مصحة الضمان
POLYCLINIQUE ADDAMAN
VOTRE SANTÉ, NOTRE PRIORITÉ
MOHAMMEDIA

Royaume du Maroc **Mohammedia le 11/11/2026**
Organisme : établissement public (Polyclinique CNSS Mohammedia)

Avis d'achat sur bons de commande n°…./2026

Consultation n°144/2026

le Médecin Directeur de la polyclinique CNSS Mohammedia, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation: Acquisition et installation d'un régulateur de pression au profit de la polyclinique CNSS Mohammedia.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
01	Acquisition et installation d'un régulateur de pression	Panneau stabilisateur simple avec manomètre conçu et fabrique conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (MDD) Fourniture et installation d'un stabilisateur de pression pour réseau de fluides médicaux, comprenant un régulateur de pression permettant d'abaisser et de maintenir la pression du réseau de 9 bar a 4 bar , le stabilisateur devra assurer un débit de 45 m3/h a 5 bar. **L'ensemble comprendra :** Un (I) régulateur de pression à membrane, préréglé ou réglable de 9 bar à 4 bar. Trois (3) vannes d'isolement permettant l'isolement et la maintenance de l'équipement. Deux (2) manomètres a cadran, dont un en amont pour l'indication de la pression d'entrée et un en aval pour le contrôle de la pression de sortie. Les raccords, accessoires de montage, supports et toutes les pièces nécessaires à une installation complète et conforme aux règles de l'art garantie un (01) an.	**Unité**	01

Pièces demandées :

- La fiche technique des fournitures de votre offre.
- Attestation de garantie de 1 an

Doit être envoyée **obligatoirement, aux** adresses mails suivants **Avant le : 13/11/2026 à 12H00.**

- Hamza.Benfatah@cnss.ma
- **bouchra.bouabdallaoui@cnss.ma**

Lieu d'exécution: Polyclinique CNSS Mohammedia

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: 03 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents: 13/11/2026 avant 12 heures.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Zineb BARKATE
Médecin Directeur
Polyclinique CNSS Mohammedia