Laâyoune le : 11/11/2026

Avis d'achat sur bon de commande n° 21/2026

Le Centre Régional de l'INRH à Laâyoune procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du Décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation : Achat de petit outillage et autre matériel de laboratoire.

Consistance de la Prestation :

N°	Désignation des Prestations	Caractéristiques et Spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
01	Thermomètre Max / Min avec alarme de température Sonde extérieure avec câble PVC longueur de 03 mètres (rechargeable par USB sans piles)	Etalonner à : -Température de consigne : **5°C EMT ≤ ± 1,5°c** -Etalonner dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage -Catalogue	U	01	Une année (pour vice de fabrication)
02	Thermomètre Max / Min avec alarme de température Sonde extérieure avec câble PVC longueur de 03 mètres (rechargeable par USB sans piles)	Etalonner à : -Température de consigne : **3°C EMT ≤ ± 1°c** -Etalonner dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage -Catalogue	U	01	Une année (pour vice de fabrication
03	Thermomètre Max / Min avec alarme de température Sonde extérieure avec câble PVC longueur de 03 mètres (rechargeable par USB sans piles)	Etalonner à : -Température de consigne : **37°C/44°c/30°c** **EMT ≤ ± 0,5°c** -Etalonner dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage -Catalogue	U	02	Une année (pour vice de fabrication

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري - المركز الجهوي بالعيون - شارع النهضة - مدينة المرسى 70040 ص.ب : 75
Institut National de Recherche Halieutique - Centre Régional de Laâyoune - Boulevarde Ennahda - Ville El Marsa 70040 BP : 75
Tél / الهاتف : +212 5 28 99 88 11 - Fax / فاكس : +212 5 28 99 88 12 - E-mail / البريد الإلكتروني : secretariatlaayoune@inrh.ma

04	Thermomètre Max / Min avec alarme de température Sonde extérieure avec câble PVC longueur de 03 mètres (rechargeable par USB sans piles)	Etalonner à : -Température de consigne : **41,5°C/45,5°c/48,5°c** **EMT ≤± 0,75°C** -Etalonner dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage -Catalogue	U	01	Une année (pour vice de fabrication
05	Thermomètre Max / Min avec alarme de température Sonde extérieure avec câble PVC longueur de 03 mètres (rechargeable par USB sans piles)	- Etalonner à : - Température cible : **-20°C EMT ≤ ± 1°C** -Etalonner dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage -Catalogue	U	01	Une année (pour vice de fabrication
06	Thermomètre Infrarouge	**Etalonner à :** - Température cible : **10°C/15°C /20°C /30°C EMT ≤ ±1,25°C** dans un laboratoire accrédité. - L'étalonnage doit être réalisé dans des conditions jugées conformes par rapport aux normes requises. Document à fournir : -Certificat d'étalonnage raccordé au système international -Catalogue	U	02	Une année (pour vice de fabrication

Merci de joindre la fiche de contrôle qualité et la fiche technique pour les produits/équipements livrés dans l'adresse mail : kssiba@inrh.ma.

Lieu d'exécution : Centre Régional INRH à Laâyoune-Boulevard Ennahda Ville Elmarsa 70040 BP : 75

Délai d'exécution de la prestation : Deux (02) Mois.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : Vendredi 13 Novembre 2026 à 14 Heures.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Chef du Centre Regional
INRH, Laayoune
Dr. Sid Ahmed BAIBBAT

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري - المركز الجهوي بالعيون - شارع النهضة - مدينة المرسى 70040 ص.ب : 75
Institut National de Recherche Halieutique - Centre Régional de Laâyoune - Boulevard Ennahda - Ville El Marsa 70040 BP : 75
Tél / الهاتف : +212 5 28 99 88 11 - Fax / فاكس : +212 5 28 99 88 12 - E-mail / البريد الإلكتروني : secretariatlaayoune@inrh.ma