Institut Pasteur du Maroc

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
INSTITUT PASTEUR DU MAROC
AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°176/SA/2026

La Directrice de l'Institut Pasteur du Maroc, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation: ETALONNAGE ET VERIFICATION DES EQUIPEMENTS CRITIQUES DE L'IPM CASA & TANGER

N° art	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté
1	ETALONNAGE ET VERIFICATION D'ETUVE	-	Unité	33
2	ETALONNAGE ET VERIFICATION DE BAIN MARIE	-	Unité	9
3	ETALONNAGE ET VERIFICATION DE REFRIGERATEUR	-	Unité	25
4	ETALONNAGE ET VERIFICATION DE CONGELATEUR -20	-	Unité	18
5	ETALONNAGE ET VERIFICATION DE CONGELATEUR -80	-	Unité	3
6	ETALONNAGE ET VERIFICATION DE GROUPE FRIGORIFIQUE DE CHAMBRE FROIDE	-	Unité	10

N.B :

Avant la date limite de réception des devis, chaque candidat est tenue de déposer au bureau d'ordre de Institut Pasteur du Maroc ou d'envoyer par email à la commission technique aux adresses email suivantes:

(ibtissam.karmouch@pasteur.ma ou ilyass.zahfir@pasteur.ma **):**

- **La portée d'accréditation couvrant le domaine de la température.**

Voir le tableau d'étalonnage ci-joint

Lieu d'exécution: Institut Pasteur du Maroc à Casablanca et à Tanger.

Délai d'exécution : 60 jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande

Institut Pasteur du Maroc

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Les pénalités de retard : 1 pour 1000 du montant de bon de commande par jour de retard, plafonné à 8% du montant du bon de commande.
Délai de paiement: 120 jours à compter de la date de constatation du service fait.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 16/11/2026 à 11h30
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Casablanca, le 11/11/2026

M EL RHAZOUANI Mustapha
Chef de service des Achats PI
INSTITUT PASTEUR DU MAROC
11 Nove 2026

LOT	IPM	LABORATOIRE

GIE

DESIGNATION	N°D'INVENTAIRE	POINT D'ETALONNAGE	DUREE D'ENREGISTREMENT	EMT	ETALONNAGE A CHARGE / A VIDE
Etuve N°1	100821	30°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°2	100826	37°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°3	100827	44°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°4	100678	30°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°5	104881	37°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°6	100843	48 °C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°7	103521	46°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°8	107401	36°C	24h± 2h / continu	± 2°c	A CHARGE
Etuve N°9	107773	25 °C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°10	107771	37°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°11	107772	41,5 °C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Etuve N°12	106941	22°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Bain marie	100798	100 °C48 °C	1h	± 1°c	A VIDE
Bain marie	100799	100°C	1h	± 1°c	A VIDE
Bain marie	100820	46°C	1h	± 1°c	A VIDE
Bain marie	104394	45,5	1h	± 1°c	A VIDE
Bain marie	107752	46 °C 100°C	1h	± 1°c	A VIDE
Réfrigérateur	105868	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Congélateur	105871	≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE

Congélateur	106542	≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
Congélateur -80°c	104567	-80°c	24h± 2h / continu	± 5°c	A CHARGE
Chambre froide	104352	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Chambre froide	-	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Chambre froide	-	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Etuve	102714	37°C	24h± 2h / continu	± 2°c	A CHARGE
Etuve	102705	81°C 83°C	24h± 2h / continu	± 2°c	A CHARGE
Etuve	107775	35°C	24h± 2h / continu	± 2°c	A CHARGE
Etuve	-	37°C	24h± 2h / continu	± 2°c	A CHARGE
Réfrigérateur	106107	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Congélateur	106130	≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
Chambre froide	102718	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Bain marie	106523	60°C 99°C	1h	± 2°c ± 1°c	A VIDE
Chambre froide 1 Groupe 1	104349	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Chambre froide 1 Groupe 2	104349	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Chambre froide 2 Groupe 1	103308	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Chambre froide 2 Groupe 2	103308	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE

MICROBIOLO

Production

LOT 1 : TEMPERATURE

CASABLANCA

Stock centrale	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
	Refrigerateur	111900	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	111901	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Recherche	Chambre froide	-	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Biologie moléculaire	Réfrigérateur	106116	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Congélateur	106124	≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
	Congélateur -80°C					
	Bain marie	102035	56°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
Sérologie	Congélateur	106938	≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	106937	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Biochimie	Réfrigérateur	106936	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	106108	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	106109	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	106935	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE
	Congélateur	106121	≤ -18°C	24h± 2h / continu		A CHARGE

Génétique	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Cytogénétique	Congélateur	109923	≤ -20°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur	Haier biomedical	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Bain marie	102211	86°C	1h	±3°c	A CHARGE
	Etuve	102207	37°C	24h± 2h / continu	± 1°c	A CHARGE
Chimie des eaux	Etuve	100697	103 °C 104 °C 105 °C	30 min 1h 2 h	±2°C	A CHARGE
	Four à moufle	100696	550 °C 600°C	20 min 30 min 4 h et 6h	±25 °C	A CHARGE
	Réfrigérateur		5 °C	24h (+/-) 2h /Continue	-	A CHARGE
Hématologie	Réfrigérateur (hématologie)		5°C	24h± 2h / continu	± 1°c	
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
	Congélateur		≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	

Réfrigérateur		5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Congélateur -80°C	106975	-80°c	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Réfrigérateur samsung	100134	5°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
CONGELATEUR	108403	≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
CONGELATEUR	108403	≤ -18°C	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
INCUBATEUR	111996	-	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
INCUBATEUR	111997	-	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Etuve thermoscientifique	104819	-	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
ETUVE	105746	-	24h± 2h / continu	± 3°c	A CHARGE
Bain sec	104903		1h	± 1°c	A VIDE
Bain marie	100127	-	1h	± 1°c	A VIDE
ETUVE N°1 (SAE)	103397	37°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°2 (SAE)	103522	44°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°3 (SAE)	103524	37°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°4 (SAE)	106261	30°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°5 (SAE)	103523	22°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°6 (SAE)	106262	41°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°7 (SAE)	106263	30°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
ETUVE N°8 (SAE)	103485	36°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 2°c	A charge
Chambre froide (SAE)	103555	5°C	24h (+/-) 2h /Continue		A charge

Tuberculose

ANGER

gie

		TA	Microbiolo	ETUVE (CBM)	103399	25°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
				ETUVE (CBM)	106265	37°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 1°c	A charge
				Congélateur (SAE)	106255	≤ -18°C	24h (+/-) 2h /Continue		A charge
				Congélateur (CBM)	106253	≤ -18°C	24h (+/-) 2h /Continue		A charge
			Biochimie	Réfrigérateur	103425	5°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 3°c	A charge
			Service médical	Réfrigérateur (service médical)	103990	5°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 3°c	A charge
			Salle de bactériologie	Réfrigérateur (CBM)	106517			± 3°c	
				Poupinel	106264	5°C	24h (+/-) 2h /Continue	± 2°c	A charge