ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION REGIONALE BENI MELLAL-KHENIFRA
DELEGATION PROVINCIALE DE BENI MELLAL
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BENI MELLAL

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بني ملال- خنيفرة
المندوبية الإقليمية بني ملال
المركز الاستشفائي الجهوي بني ملال

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

N°81/2026/CHR/BM

La cheffe du pôle des affaires administratives du centre hospitalier régional de Beni Mellal procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 26-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : achat de consommable et accessoires de médecine pour unité d'orl pour le CHR de béni Mellal

Consistance de la prestation :

N° des articles	Désignation	Caractéristique :	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	Ballon réservoir d'anesthésie en latex (Modèle Adulte 3L)	Fonction : Réservoir de gaz et sac respiratoire souple intégré aux circuits de ventilation pour permettre la ventilation manuelle et le contrôle visuel de la respiration des patients adultes au bloc opératoire ou en réanimation. Composition : Élément unique et indissociable comprenant : • Un corps de ballon : Poche souple et hautement élastique d'une capacité de 3 litres, calibrée pour la ventilation adulte. • Une boucle de suspension : Située à la base du ballon pour faciliter le séchage ou le rangement. Capacité : 3 Litres (Modèle adulte). Matériau : Latex de qualité médicale, haute résistance, offrant une compliance optimale pour une excellente perception tactile de la compliance pulmonaire du patient par l'anesthésiste. Utilisation : réutilisable.	Unité	30	Le concurrent doit présenter le registre de commerce mentionnant l'activité de vente matériel Medico technique
2	Ballon réservoir d'anesthésie en latex (Modèle Adulte 4L)	Fonction : Réservoir de gaz et sac respiratoire souple intégré aux circuits de ventilation pour permettre la ventilation manuelle et le contrôle visuel de la respiration des patients adultes au bloc opératoire ou en réanimation. Composition : Élément unique et indissociable comprenant : • Un corps de ballon : Poche souple et hautement élastique d'une capacité de 4 litres, calibrée pour la ventilation adulte. • Une boucle de suspension : Située à la base du ballon pour faciliter le séchage ou le rangement. Capacité : 4 Litres (Modèle adulte). Matériau : Latex de qualité médicale, haute résistance,	Unité	20	Le concurrent doit présenter le registre de commerce mentionnant l'activité de vente matériel Medico technique

N° des articles	Désignation	Caractéristique :	Unité	Quantité	Garanties exigées
		offrant une compliance optimale pour une excellente perception tactile de la compliance pulmonaire du patient par l'anesthésiste. Utilisation : réutilisable.			

Lieu d'exécution : Centre hospitalier régional de Beni Mellal

Délai d'exécution : 09jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **14/11/2026**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Mme ELGHOUFAIRI Moulouda
Sous Ordonnateur Suppliant
CHR BENI MELLAL