UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA
FACULTÉ DES SCIENCES AÏN CHOCK

En application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22431 relatif aux marchés publics, le doyen par intérim de la faculté des sciences Ain Chock de Casablanca procède à l'achat par bon de commandes des fournitures objet du présent avis.

Avis d'achat n° **109FCT-FSAC/2026**

Catégorie principale: **Fournitures**

Nature de prestation: **- achat de matériel de diagnostic, de recherche, de détection, de signalisation de défaut et de matériel de mesure;**

Objet: **Achat de matériel scientifique (LSEB-FSAC)**

N°	Désignation	U	Q	PU HT	TOTAL HT
1	**Congelateur de laboratoire** **Spécifications :** * Congélateur armoire verical * Capacité : 280 L * Doté de la technologie NoFrost, * Avec fonction Super Freeze. *Avec bandeau de commandes LED, d'un éclairage LED intérieur et *Autonomie de plus de 11h en cas de coupure de courant. * Fonction congélation rapide *classe climatique SN-T. * Nombre de clayettes/bacs du congélateur : 5	U	1		
2	**Bain thermostaté (Bain Marie)** * Châssis en métal avec extérieur couvert en peinture époxy antirouille * Cuve en acier inoxydable * Régulation numérique de la température entre T° ambiante +5°C et 100°C (résolution 1°C). * Fonctionnement en mode continu ou en périodes programmées par une minuterie numérique. * Double affichage numérique de la température et du temps, signal sonore en cas de surchauffe du bain. * Plaque couvre résistance * Couverture avec orifice * Support pour tubes à essai * Capacité de la cuve : environ 10L.	U	1		
				Total HT	
				TVA	
				TOTAL TTC	

