المديرية الجهوية مراكش آسفي
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵎⵔⵕⵓⵛ ⴰⵙⴼⵍ
Direction Régionale de Marrakech Safi
المندوبية الإقليمية باليوسفية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵡⵙⵙⴼⵔⵏ
Délégation Provinciale de Youssoufia

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ROYAUME DU MAROC
وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙ
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Avis d'achat sur bons de commande

N°46/2026

La Délégation Provinciale du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la province de Youssoufia procède à l'achat sur bons de commande des prestation objet du présent avis, en application des dispositions de l'artide 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marché publics.

Objet de la prestation : Achat de matériels medico-techniques au profit de la Délégation Provinciale de la Santé et de la Protection Sociale de Youssoufia.

Consistance de la préstation :

N° des articles	Désignation	Caractéristiques	Quantité	Garantie
1	GLUCOMETRE	• Quantité d'échantillonnage : 1µl de sang capillaire sur l'avant-bras, la paume ou le doigt • Durée d'analyse : 10 secondes • Étalonnage automatique à puce • Résultats d'échantillonnage du plasma • Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours • Plage de mesure : 20-600 mg/dL ou 1,1-33,3 mmol/L • Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V) • Autonomie 12 mois ou 1000 analyses • Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures • Dimensions glucomètre : 85x54x20,5 mm • Dimensions écran : 65x32,5 mm ➢ **Livré complet en trousse avec 10 bandelettes,** • 1 puce d'étalonnage, • 10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, • 1 stylo autopiqueur, • 1 embase transparente (pour paume ou avant-bras), • 1 solution de contrôle (2ml), • Carnet de suivi et mode d'emploi	04	01 An
2	OXYMETRE DE POULS	• Ecran LCD; • Système d'affichage à LED; • Dimensions: H 60 x L 33 x Ep. 28 mm. • Alimentation: 2 piles alcaline LR03 AAA 1,5 volts. • Longueur d'onde de crête : 660 nm / 880 nm. • Puissance de sortie optique maximale : 1 mW. • Plage de mesure SpO2 : de 70 à 99 %.	04	

		• Plage de mesure fréquence cardiaque : de 30 à 250 bpm/min. • Précision de la mesure de la fréquence cardiaque : plus ou moins 2 %. • Intervalle de mise à jour des données : 15 secondes.		
3	PESE-BEBE ELECTRONIQUE	• Construction métallique • Plateau (corbeille) en matière plastique avec coins arrondis • Affichage digital • Portée 15 kg minimum. • Précision ± 10 g. • Alimentation : 2 piles AA de 1,5 V (fournies)	02	
4	MANODETENDEUR COMPLET	• Détendeur avec connexion à la bouteille par système à écrou. • Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille. • Débitmètre à bille de 1 à 15 l/min. • Flacon humidificateur capacité : 200ml. Stérilisable, flacon en polycarbonate.	02	
5	APPAREIL À EAU DISTILLÉE	• Le distillateur produit de l'eau distillée a 100% pure d'une façon économique et sure • Procédure d'ébullition à vapeur d'eau condensée forcée • Volume de distillation : 1 L/h. • Plastique thermostable • Intérieur en acier inoxydable • Capacité : 4L • Sécurité surchauffe • Voltage : 220v 50Hz/100v 60Hz • Puissance : 750 w • Arrêt automatique • Diamètre x H en cm 18 x 20 cm	01	
6	THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION (PAQUET DE 10)	• Mesure par voie orale, axillaire ou rectale • Affichage sur écran LCD à cristaux liquides • Plage de mesure : 34°C à 44°C • Signal sonore à la fin de la mesure ➢ Livré dans un étui en Plastique	02	
7	TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE	• Mesure entièrement automatique avec méthode oscillométrique. • Indicateur de classification de la pression artérielle de l'OMS et détection de la fréquence cardiaque irrégulière. • Écran LCD extra large et facile à lire avec rétro-éclairage blanc ou bleu. (Taille d'affichage à cristaux liquides : 53*65mm) • Bouton clair et opération à une touche pour une utilisation facile. • 90 mémoires pour un utilisateur • Date et heure. • Unité kPa / mmHg échangée. • Fonction d'arrêt automatique pour économiser de l'énergie • Alimentation : Piles (4pcs AA * 1.5V)	02	

		• Changez l'indicateur de batterie pour remplacer la batterie. • Avertissement d'erreurs de fonctionnement.		

- **Lieu d'execution :Délégation provinciale de la santé et de la protéction sociale de Youssoufia**
- **Délai d'exècution** : 7 jrs à partir de la date de visa du présent bon de commande.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 48h après publication de l'avis sur le portail des marchés publics**.
- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma.**

LE MAITRE D'OUVRAGE

Sous-ordonnateur
Suppléant
KISS ABDEL-MOUTALEF