AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

N°48/ONSSA/DRFM/2026

Le sous-ordonnateur de la Direction Régionale de l'ONSSA de FES MEKNES procède à l'achat sur bon de commande les prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de Fourniture techniques de laboratoire destinés au Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches de Meknès.

Consistance de la prestation : (voir termes de référence ci-joint)

N° Art	Désignations	Unité	Quantité
1	**Seringue jetable de 5 ml :** Cône Luer Lock (MLL) centré, emballage individuel, stérile, non toxique, non pyrogénique,	Paquet de 100	10
2	**Tube pour centrifugeuse à fond conique en PP, capacité 50 ml Metal-Free (Livré avec certificat traces free)** * Tube en PP Conforme à USP Class VI * Bouchon en PEHD Conforme à USP Class VI, couleur Blanche * Certifié exempt de métaux traces majeurs critiques à moins de 1 ppb	Paquet de 50	10
3	**Tube pour centrifugeuse à fond conique en PP, capacité 15 ml Metal-Free (Livré avec certificat traces free)** * Tube en PP Conforme à USP Class VI * Bouchon en PEHD Conforme à USP Class VI, couleur Blanche * Certifié exempt de métaux traces majeurs critiques (pb,Cd,As,Hg…) à moins de 1 ppb	Paquet de 25	20
4	**Vials transparents gradués pour LC-MSMS ;** UltraClean de capacité 2 ml + bouchons à vis en polypropylène (9-425) et septum "pre-silt" en silicone / PTFE.	Paquet de 100	10
5	**Vials ambrés gradués pour LC-MSMS ;** UltraClean de capacité 2 ml + bouchons à vis en polypropylène (9-425) et septum "pre-silt" en silicone / PTFE.	Paquet de 100	10
6	**Butyromètre de Van Gulik (Butyromètres de fromages)** en Verre borosilicaté 3.3 Modèle à deux ouvertures (corps ouvert aux deux extrémités) : Une large ouverture inférieure pour introduire le godet de pesée contenant l'échantillon de fromage. Une ouverture supérieure plus étroite pour ajuster le niveau avec le bouchon Échelle de mesure : Généralement calibrée de 0 % à 40 % (certains modèles spécifiques pour fromages très maigres ou sérum existent en 0-20 %). Précision / Subdivision : Graduation en 0,5 % (ou 1/2 g pour 100 g). Lecture : Lecture directe du résultat exprimé en grammes de matière grasse pour 100 g de fromage **Avec Bouchons :** Un grand bouchon en caoutchouc (côté godet) et un petit bouchon (côté graduation)	Unité	5

7	**Baguette d'agitation en verre borosilicaté 3.3** Forme : Cylindrique et pleine Diamètre : 8 mm Longueur : de 150 mm à 300 mm	Unité	20
8	**Flacon ambré de 50ml** en verre borosilicaté LBG 3.3. Totalement autoclavable à 140°C. Filetage GL 45, selon ISO 4796. Livré avec bague anti-goutte et bouchon en polypropylène.	Paquet de 10	5
9	**Pots 250 ml en polyéthylène :** Pot haute densité, col large, avec double fermeture : obturateur et capuchon à visser. Corps de forme cylindrique à paroi translucide et très résistante. - Capacité 250 ml ; - Hauteur 119 mm ; - Diamètre 59 mm ;	Unité	500
10	**Spatule de laboratoire en acier inoxydable** Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité AISI 304 ou AISI 316, résistant à la corrosion et aux agents chimiques ; Longueur totale : environ 180 à 250 mm ; Spatule double extrémité, comportant une extrémité plate et une extrémité de forme cuillère/spatule, ou configuration équivalente adaptée aux manipulations de laboratoire ; Extrémités lisses permettant le prélèvement, le transfert, le mélange et la manipulation de produits solides, poudres et échantillons ; Surface parfaitement lisse, sans aspérités, facilitant le nettoyage et limitant la rétention de résidus ; Manche ergonomique permettant une manipulation précise, y compris avec des gants ; Construction robuste adaptée à une utilisation répétée ; Autoclavable à 121–134 °C ; Compatible avec les procédures usuelles de nettoyage, désinfection et stérilisation du laboratoire ; Résistante aux désinfectants couramment utilisés, notamment l'éthanol et les solutions chlorées diluées ; Adaptée à la préparation et à la manipulation des échantillons et des milieux de culture en laboratoire de microbiologie ; Instrument réutilisable, robuste et durable, adapté à un usage professionnel intensif ; Conforme aux bonnes pratiques de laboratoire et aux exigences générales applicables au matériel scientifique.	Unité	10

Lieu d'exécution :

Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches de Meknès relevant de l'ONSSA région Fès-Meknès, Sis à L'AGROPOLE-QUALIPOLE / ALIMENTATION DE MEKNES

Délai d'exécution de la prestation :

Le délai d'exécution du présent Bon de Commande est fixé à **4 mois** à compter de la date de sa notification.

Date et heure limite de réception des Devis des concurrents :

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 20/11/2026 à 10 H 30min.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

ONSSA
Le Directeur Régional
Région Fès - Meknès
Khalid EL CHARIB

TERMES DE REFERENCE RELATIF A L'ACHAT DE FOURNITURE TECHNIQUES DE LABORATOIRE DESTINES AU LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES DE MEKNES.

ARTICLE 1 : OBJET DU BON DE COMMANDE

Le présent avis d'achat sur bon de commande a pour objet : Achat de Fourniture techniques de laboratoire destinés au Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches de Meknès

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET LIEU DE LIVRAISON

Les produits faisant l'objet du bon de commande consistent à l'achat de Fourniture techniques de laboratoire destinés au Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches de Meknès conformément aux spécifications demandées au niveau du bordereau.

La livraison s'effectuera au Laboratoire Régional d'Analyses et de Recherches de Meknès relevant de l'ONSSA région Fès- Meknès, sis à L'AGROPOLE-QUALIPOLE / ALIMENTATION DE MEKNES.

ARTICLE 3 : DELAIS D'EXECUTION

Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations est fixé à **4 mois** à compter de la date de notification du bon de commande.

ARTICLE 4 : PROSPECTUS

Le soumissionnaire est dont l'obligation de déposer au bureau d'ordre ou d'envoyer au mail ci-dessous :

- **Les prospectus ou tous documents techniques de tous les articles demandés ;**
- **Les présents termes de références signés avec mention « Lu et approuvé » ;**

Et ce avant l'ouverture des plis dont la date et l'heure sont précisé dans l'avis d'achat.

- Bureau d'Ordre : Siège de la Direction Régionale de l'ONSSA Fès Meknès, Av Résistant Mohamed LAHRIGA, en face Résidence Moulay Ismail VN BP S 45 MEKNES.
- Adresse Mail : onssadrfm.srs.achats@gmail.com

ARTICLE 5 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS ET LITIGES

La Direction Régionale de l'ONSSA Fès- Meknès et le fournisseur s'engagent à régler à l'amiable les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'interprétation et l'exécution du bon de commande et ce, quelle que soit la nature du différend.

ARTICLE 6 : RECEPTION DES PRESTATIONS

La réception des produits interviendra après satisfaction des obligations indiquées au niveau du présent bon de Commande.

A cet effet, la réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception signé par les agents désignés par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 7 : MODALITES ET PIECES A FOURNIR POUR LE REGLEMENT

Le règlement s'effectuera dans un **délai de 120** jours **au maximum** après la réception des prestations. Le titulaire devra produire **3 exemplaires de facture** arrêtée en toutes lettres et chiffres et comportant sa signature, son cachet, son numéro du compte bancaire (RIB), le numéro de l'ICE, l'IF, le n° d'affiliation à la CNSS, le n° d'inscription à la TP, le client (ONSSA-Direction Régionale de Fès- Meknès), **l'ICE de l'ONSSA : 001654057000037** l'objet et le numéro du bon de commande, le mode de règlement (par virement) et toute autre mention édictée par la réglementation en vigueur.

Le maître d'ouvrage	**Le prestataire**
ONSSA Le Directeur Régional Région Fès - Meknès Khalid EL GHARIB	