Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Délégation Provincial de Taourirt
Région de l'Oriental
Hopital Provincial de Taourirt

المملكة المغربية
وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية
مندوبية إقليم تاوريرت
جهة الشرق
المستشفى الإقليمي تاوريرت

# AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°44CHPT/2026

Le Centre Hospitalier Provincial de Taourirt, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**Objet de la prestation : Achat des matériels médicaux techniques pour service ORL pour le Centre Hospitalier Provincial de Taourirt**

**Consistance de la prestation :**

| N° | Désignation | Quantité | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 1 | **BOITE DE CHIRURGIE CERVICALE ET THYROIDE**<br>**Caractéristiques et spécifications**<br>• container de stérilisation avec filtre et joint regroupe l'ensembles des instruments<br>• Gillies crochet petit 19cm<br>• pince chir 14.5cm 1x2d stand<br>• pince anat 14.5cm stand<br>• pince anat 13.0cm elancée<br>• Adson pince anat 12cm striée<br>• Metzenbaum ciseaux cbe 15cm<br>• Metzenbaum ciseaux drt 18cm<br>• Farabeuf ecarteur 15cm jeu/2<br>• Farabeuf Baby ecarteur 12cmjeu/2<br>• Langenbeck ecarteur 14x33mm 21cm<br>• Langenbeck Kocher ecarteur 20x60mm 21cm<br>• Foerster pince à pansements 18cm drt<br>• Foerster pince à pansements 20cm cbe<br>• Chaput pince prehension 14cm<br>• Lucae pince baï 14cm 1x2d<br>• Lucae pince baï 14cm striée<br>• Pean pince hémost 13cm drt<br>• Troeltsch pince auric 13cm dél<br>• Collin pince prehension 16cm<br>• Backhaus pince à champs 8.5cm<br>• Rochester Ochsner pince hémost 1x2d 16cm drt | **1** | **Boite** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Rankin Kelly pince hémost 16cm drt<br>• Rochester Ochsner pince hémost 1x2d 16cm cbe<br>• Rankin Kelly pince hémost 16cm cbe<br>• Kocher pince hémost 14cm drt 1x2d<br>• Hartmann (Baby Mosquito) pince hémost 1x2d 10cm drt<br>• Halsted Mosquito pince 12.5cm drt<br>• Halsted Mosquito pince 12.5cm drt 1x2d<br>• Halsted Mosquito pince 12.5cm cbe<br>• Halsted Mosquito pince 12.5cm cbe 1x2d<br>• Crile Wood p-aig 20cm<br>• Mayo Hegar p-aig 16cm<br>• Mayo Hegar HM p-aig 20cm<br>• Halsey HM p-aig 13.5cm strie<br>• Volkmann curette tranch 17cm fig 1<br>• Gemini pince 14cm cbe<br>• Adson pince chir 12cm 1x2d lisse<br>• Adson pince anat 12cm striée<br>• Adson pince anat 12cm striée<br>• manche de bistouri no 3 stand 12.5cm<br>• manche de bistouri no 4 stand 13.5cm<br>• Ragnell (Kilner) ciseaux 15cm<br>• Joseph ciseaux drt 15cm<br>• Pince coagulation bipolaire<br>• Volkmann ecarteur 4d mse 18mm 21cm<br>• Volkmann ecarteur 4d ptu 18mm 21cm<br>• Yankauer canule aspir 28cm<br>• cupule rond 40x20mm 0.021 | | |
| 2 | **Boite de consultation ORL contenant:**<br>**Caractéristiques et spécifications**<br>• container regroupe tous les instruments de la boite<br>• § Doyen spatule à langue 22/29mm 12cm<br>• § Doyen spatule à langue 30/33mm 16cm<br>• Gross curette et crochet AURIC double 12cm<br>• Jansen crochet AURIC 15cm FIG 1 petit<br>• Jansen crochet AURIC 15cm FIG 2 grand<br>• § 2 Canule d'aspiration auriculaire mousse malléable diam: 2,0 mm<br>• § 2 Canule d'aspiration auriculaire mousse malléable diam:2,2 mm<br>• § 2 Canule d'aspiration auriculaire mousse malléable diam: 2,5 mm<br>• § 2 Canule d'aspiration auriculaire mousse mallèable diam: 3,0 mm | **1** | **Boite** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • § Raccord pour canule d'aspiration<br>• § Anse auriculaire de BILLEAU 15,5 cm<br>• § Shapleigh curette aurie 14cm enfant<br>• § Shapleigh curette auric 14cm adulte<br>• § Lucae pince BAI 14cm striée<br>• § Lucae pince BAI 14cm 1x2d<br>• § 3 Speculum oreille de LEMEE N°2<br>• § 3 Speculumoreille de LEMEE N°3<br>• § 3 Speculum oreille de LEMEE N°4<br>• § 3 Speculum oreille de LEMEE N°5<br>• § 3 Speculum oreille de LEMEE N°6<br>• § Hartmann pince AURIC 8cm<br>• § Manche p miroirs laryngiens 11 cm<br>• § Miroir laryngien FIG 5 Ø 20mm p/5<br>• § Miroir laryngien FIG 6 Ø 22mm p/5<br>• § Miroir laryngien FIG 7 Ø 24mm p/5 | | |
| 3 | **Naso-Fibroscope Enfant**<br>**Caractéristiques et spécifications**<br>• Diamètre extérieur: ≈2,8 mm<br>• Longueur utile: ≈320 mm<br>• Champ de vision: ~80°<br>• Profondeur de foyer: ≈1-50 mm<br>• Conception ergonomique et confortable<br>• Système optique offrant une image agrandie claire et nette<br>• Accessoires requis:<br>• Bouchon ETO<br>• Câble de fibre optique 3,5 mm, longueur ≈ 180 cm, avec adaptateurs<br>• Testeur d'étanchéité | **1** | **Unité** |
| 4 | **CASQUE FRONTALE POUR CONSULTATION ORL AVEC BATTERIE** | **1** | **Unité** |
| 5 | **Pince bipolaire SuperGliss® 20cm, droite, pointe 1,0 x 8,0mm** | **1** | **Unité** |
| 6 | **Pince bipolaire SuperGliss® 23cm, baïonnette, pointe 1,2 x 8,0mm 45° branches fines vers le haut** | **1** | **Unité** |
| 7 | **Audiomètre de diagnostic**<br>**Caractéristiques et spécifications**<br>Audiomètre de diagnostic offrant des tests aériens, osseux et vocaux. | **1** | **Unité** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | L'appareil peut être utilise comme un audiomètre autonome classique plus des fonctionnalités généralement réservées aux plateformes PC, comme l'intégration EMR, le stockage multiple de données patients, des outils de création de rapports et l'intégration à des bases de données.<br><br>Large éventail de tests de diagnostic: Modified Hughson-Westlake, Weber; SISI; Stenger; ABLB; Test vocal.<br><br>Forme ergonomique et comprend un Grand écran couleur réglable et haute résolution offrant des images ultra-précises pour des audiogrammes faciles à lire.<br><br>Plusieurs choix d'affichages afin d'adapter la lecture aux préférences personnelles. Stockage interne pour 500 patients/ 50 000 sessions de test ou mieux.<br><br>Options d'impression directe.<br><br>Présentation : Manuelle ou inversée. Impulsions simples ou multiples. Pas d'intensité disponible de 1, 2 ou 5 dB<br><br>Affichage des informations de masquage et Banane vocal.<br><br>**Caractéristiques techniques :**<br>Stimulation:<br>Tonalité: 125-8000 Hz ou mieux<br>Tonalité warble: 1-10 Hz sine +/- 5% modulation<br>Bruit à bande étroite: IEC 60645-1:2001, 5/12 Octave avec la même résolution de fréquence centrale que la tonalité pure.<br>Bruit blanc: 80-20 000 Hz mesurés avec une bande passante constante<br>Présentation de stimuli: Manuelle ou inversée, Impulsions simples ou multiples.<br>Masquage: Sélection automatique du bruit bande étroite (ou bruit blanc) Intensité: des pas d'intensité disponibles de 1,2 ou 5dB<br>Fonction de plage étendue: Si elle n'est pas activée, la sortie de conduction aérienne sera limitée à 20 dB en dessous de la sortie maximale.<br>Gamme de fréquences:125 Hz à 8kHz<br>125 Hz, 250 Hz, 750 Hz, 1500 Hz et 8 kHz peuvent être désélectionnés librement<br>Champ libre: Sortie champ libre non alimentée<br>Stockage: Mémoire interne 500 patients et 50000 sessions/mesures/audiogrammes (selon le type/la taille des sessions) ou mieux | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Affichage: Écran couleur haute<br>Entrée: TB, Mic. 2, CD, TF<br>Sortie: gauche et droite, Bone, FF1, insert Gauche et droite.<br>**Connexions de données: - 4 x USB A (compatible avec USB 1.1 et versions ultérieures) -1 x USB B (compatible avec USB 1.1 et versions ultérieures) -1 x LAN Ethernet**<br><br>**Accessoires inclus:**<br>Microphone directionnel<br>Casque audiométrique DD45<br>B71 casque conducteur osseux<br>APS3 Commutateur de réponse du patient<br>Imprimante couleur / chiffon de nettoyage<br>Câble d'alimentation<br>Mode d'emploi | | |

**Lieu d'exécution :** Centre Hospitalier Provincial de Taourirt
**Date de livraison : 23/11/2026**
**Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 15h00**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible via l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

