Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation Provinciale de Taourirt
Centre Hospitalier Provincial de Taourirt

المملكة المغربية
وزارة الصحـــة
مندوبيـة إقليم تـاوريـرت
المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°45/CHPT/2026

Le Centre Hospitalier Provincial de Taourirt, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : maintenance corrective du phacoémulsificateur OPTIKEN PULSAR 2ESP de l'hôpital provincial de Taourirt relevant du CHP Taourirt.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité
1	Suite au diagnostic effectué sur le phacoémulsificateur OPTIKEN, modèle PULSAR 2ESP, portant le numéro d'inventaire 4299/15, il a été constaté que la pile bouton de la carte mère interne est déchargée ou en fin de vie. Une éventuelle corruption de la carte électronique ainsi qu'un mauvais paramétrage du BIOS sont également suspectés. **Caractéristique et Spécification :** Procéder au remplacement de la pile, au contrôle de la carte électronique et son entretien si nécessaire, à la reconfiguration du BIOS si nécessaire et aux tests de fonctionnement pour assurer la remise en service de l'équipement.	Unité	1

Lieu d'exécution : hôpital provincial de Taourirt
Date de livraison : 23/11/2026
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 14h30
Délai de livraison à respecter.
La livraison doit être faite en totalité le jour de la livraison fixé sur le bon de commande.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible via l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Mr. HASSAINE KHALID
Directeur
CHP TAOURIRT