ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION REGIONALE
DRAA TAFILALTE
DELEGATION DE OUARZAZATE

المملكة المغربية
وزارة الصحة
المندوبية الإقليمية للصحة وورزازات

Avis d'achat sur bon de commande n°85/2026

le délégué du ministère de la santé et de la protection sociale de Ouarzazate procède à L'achat appareil a tension a usage hospitalier. Relevant de la délégation de la santé de Ouarzazate. Objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACHAT D'APPAREIL A TENSION A USAGE HOSPITALIER

Consistance de la prestation:

N	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	Tensiomètre électronique à brassard pour le bras avec gonflage et dégonflage automatiques : •Méthode de mesure oscillométrique. •Système de mesure séquentielle comprenant trois mesures consécutives avec affichage de la valeur moyenne pour une meilleure fiabilité clinique. •Plage de mesure pression : environ 0 à 299 mmHg. •Plage de mesure fréquence cardiaque : environ 40 à 200 battements/min. •Précision de mesure pression : ± 3 mmHg ou équivalent. •Précision du pouls : ± 5 % ou équivalent. •Fonction de détection d'arythmie (irrégularité du rythme cardiaque). •Précision et facilité d'utilisation. •Mémoire : capacité de 50 mesures au minimum. •Alimentation par batterie •Ecran LCD permettant un affichage numérique clair de la pression systolique, diastolique, du pouls et état de la batterie. •Dispositif muni d'un panier porte-brassard, permettant le rangement des brassards ou équivalent. •Conforme aux normes médicales applicables aux dispositifs de mesure de la pression artérielle (type ISO/AAMI/CE ou équivalent). Livré avec : - 1 Kit de brassards de différentes tailles (1adulte, 1enfant, 1obèse) - 1 Chargeur secteur compatible	Unité	30

	- 1 Batterie ou jeu de piles rechargeables compatible avec l'appareil - 1 Manuel d'utilisation en français		

NB : Les catalogues doivent être envoyés avant la date et l'heure limites de réception, à l'adresse e-mail suivante : marches.sante.ouarzazate@gmail.com
Une garantie d'un an est exigée.
La Délégation du Ministère de la Santé et de la Protection sociale de Ouarzazate
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: **15 jours**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents: 23 NOV 2026 **à** 09:00 **heurs**

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.(3)

Ouarzazate le 19 NOV 2026

LE DELEGUE PROVINCIAL
Signé: Mouley ESSAHIL