Royaume du Maroc
Ministère de la sante
Et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale De Berkane

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المندوبية الاقليمية ببركان

Avis d'achat sur bons de commande N°84/2026

1-Le présent appel à la concurrence a pour objet l'achat des matériels médico techniques pour les ESSP **relevant de la Délégation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la Province de Berkane**, en vertu d'un bon de commande à conclure à partir du présent appel à la concurrence, et en application des dispositions de l'article 91 du décret de 2-22- 431 relatif aux marchés publics.

2-L'objet de la prestation : le bon de commande qui sera conclu porte sur l'achat des matériels médico techniques pour les ESSP **relevant de la Délégation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la Province de Berkane.**

3-La Consistance de la prestation : Le prestataire sera tenu d'assurer l'achat des matériels médico techniques pour les ESSP **relevant de la Délégation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale à la Province de Berkane.**

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Qté	Garantie	UNITE DE MESURE
01	Appareil à tension automatique avec chargeur	Appareil électrique permettant la mesure de tension artérielle pour adulte / enfant/ nouveau-né : -pression non invasive : . Méthode de mesure : automatique . Modes : automatique et contenu . Mémorisation : +OU=90 valeurs de mesure de PNI minimum . Alarmes : Diastolique, systolique et moyenne . Alarmes audio-visuelles . plage de mesure : adulte : 10-270 mm Hg- enfant : 10-mmHg -N-né : 10-135 mm Hg . Résolution : 1 mm Hg . Protection hyperpression . Fréquence cardiaque : 40-240 bpm Sélection de mode : adulte/nouveau-né ou détection automatique Alimentation par secteur et batterie intégré, livré avec adapteur de tension ou chargeur batterie Accessoires : (8) brassards pour la prise de la tension artérielle dont : . 4 pour adulte . 2 pour enfants . 2 pour nouveau-né Norme CE pour l'appareil et accessoires	40	01 ans	U

		Livré avec connecteur de liaison entre brassards (adultes- enfants- nouveau-nés) **et aux tuyauteries.**			
02	BALANCE PESE PERSONNE MECANIQUE CADRAN	pèse-personne mécanique permet d'afficher le résultat du pesage de manière claire et précise sur un grand cadran rond à aiguille et chiffres. Le corps robuste entièrement métallique abrite un système à levier particulièrement résistant. Le large plateau de la balance est revêtu de caoutchouc antidérapant Caractéristique de la balance : - Capacité : 150 Kg. - Graduation : 1000 g. - Poids : 4 Kg. - Dimensions (L x H x P) : 28 x 8 x 42cm au minimum	10	01 ans	U
03	BALANCE PESE BEBE ELECTRONIQUE	Caractéristiques techniques du produit : Capacité : 20 kg Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g Dimensions (LxHxP) : 552 x 156 x 332 mm Dimensions de la nacelle (LxHxP) : 525 x 80 x 250 mm Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 280 x 65 x 235 mm Poids : 2.3 kg Alimentation : piles Fonctions : TARE, BMIF, Auto-HOLD, extinction automatique Livré avec le produit : 4 piles AA + sacoche de transport Options : sac à dos de transport	09	01 ans	U
04	OXYMETRE DE POULS HG	Oxymétre de pouls de chevet comprenant aussi un module portatif avec une autonomie de 4h minimum. Ce matériel permet la mesure par co-oxymétrie de la surveillance des paramètres vitaux non-invasif et continue tel que l'hémoglobine totale, l'oxyhémoglobine, l'index de perfusion…. Assure un suivi en temps réel des tendances des paramètres physiologique critiques. ¬Aucune de ces mesures ne nécessite une calibration de routine. ¬Accessoires : capteurs réutilisables, patient unique ou semi-réutilisable permettant la mesure de l'ensemble des paramètres vitaux non-invasif Possibilité de Rajout à posteriori de paramètre supplémentaire tel que :	20	01 ans	U

		¬Hb : Monitorage non invasif, continue et immédiat du taux d'hémoglobine en g/dl. ¬PVI : Monitorage non invasif, continu et immédiat de l'état des fluides des patients grâce à l'analyse de l'analyse de la variabilité de la courbe de pléthysmographie. ¬RRA : Monitorage non invasif basé sur l'analyse du signal acoustique permettant la mesure continue de la fréquence respiratoire des patients de manière confortable. Cette analyse permettant notamment la détection précoce des détresses/défaillances respiratoires des patients .			
05	AUTOSCOPE LED EN BOITE	Otoscope LED avec étui. Éclairage F.O LED 3,7 V (5500 K) innovant. Technologie LED pour une lumière claire, des couleurs fidèles et une longue durée de vie. Fibre optique pour une concentration et une conduite optimale de la lumière. Optique de précision hermétique. Loupe pivotante avec grossissement de trois fois. Embout pour spéculums auriculaires en métal durable et hygiénique. Compatible avec les spéculums auriculaires e-scope, ri-scope L1/L2 et ceux d'autres fabricants. Connecteur pour test pneumatique. Interrupteur Marche/Arrêt. Alimentation par piles. Boîtier en plastique ABS. Livré en coffret de rangement. Rendement lumineux constant pendant toute la durée de vie de la batterie.	11	01 ans	U
06	MARTEAU A REFLEX	Marteau à reflexe Babinski (3 parties) • Dispositif permettant l'observation des réflexes et sensibilité du corps humain, • Système 2 positions et pointe de sensibilité.	5	01 ans	U
07	THERMOMETRE NUMERIQUE MEDICAL	Spécification du produit : Tension d'alimentation : équipement d'alimentation interne, pile bouton alcaline (LR41, 1,5 V ± 0,1 V). Partie de détection de température : thermistance Affichage et résolution de la température corporelle : affichage numérique, 0,1 °C Indice d'étanchéité : IP22	42	01 ans	U

		Autonomie de la batterie : environ 1000 fois (mesurée 5 à 10 minutes/heure) Plage de mesure : 32,0 °C ~ 42,9 °C Temps de mesure : ≤10 minutes Unité de mesure : Celsius (°C) Fonction mémoire : mémorise la dernière valeur mesurée Rappel de haute température : si la température mesurée est supérieure à 37,8 °C, il enverra une invite d'alarme "Di-di-di" en continu et rapidement QTN : 42 pièces/CTN GW/NO : 4,0/1,1 kg			

- **Lieu d'exécution de la prestation :** DMSPS BERKANE ;
- **Délai d'exécution de la prestation :** cinq (05) jour à compter du lendemain de la date de notification du visa bon de commande ;
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** .....

Fait à Berkane, le .....

Délégation Provinciale DE BERKANE

Ayoub zeriouh
chef de Service
Administratif et Economique
PI