ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION REGIONALE BENI MELLAL –KHENIFRA
DELEGATION PROVINCIALE DE KHOURIBGA

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بني ملال – خنيفرة
المندوبية الإقليمية خريبكة

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° : 41/2026

Le : **16/11/2026** ; La délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de Khouribga, représentée par le délégué du ministère de la santé et de la protection sociale à la province de Khouribga en qualité du maître d'ouvrage ; procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° : 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION :

ACHAT DE MATÉRIEL MEDICO TECHNIQUE D'IDENTIFICATION ET DE PROSPECTION DES VECTEURS DE MALADIES AU PROFIT DE LSP-SE RELEVANTS DE LA DELEGATION DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE A LA PROVINCE DE KHOURIBGA.

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES (2)
01	**MICROSCOPE OPTIQUE BINOCULAIRE** Livré avec : • **700 cartouches GENEXPERT MTB/RIF.** • **20 boites de masques FFP2.** • **20 boites de gants en nitrile medium.** • **1000 crachoirs.** • **02 Kit de matériel de prélèvement alimentaire en acier inoxydable.**	Voir descriptif technique en annexe IV	**U**	**01**	**Caution provisoire à hauteur de 05 % du montant de l'offre globale (montant TTC du devis).**
02	**LAVEUR-DESINFECTEUR POUR LAVER ET SECHER LA VERRERIE DE LABORATOIRE.** **Livré avec :** • **10 boites de papier filtre.** • **500 sacs de déchets.** • **20 boites de gants.** • **1000 sachets stériles.** • **10 chalumeaux à gaz.** • **02 becs bunsen**	Voir descriptif technique en annexe IV	**U**	**01**	
03	**DILUTATEUR GRAVIMETRIQUE POUR ANALYSE AGROALIMENTAIRE.**	Voir descriptif technique en annexe IV	**U**	**01**	
04	**APPAREIL DE TURBIDIMETRIE** **Livré avec :** • **01 Comparateur Lovibond 2-en-1 Chlore DPD/Red Phénol avec disques**	Voir descriptif technique en annexe IV	**U**	**02**	

LIEU D'EXECUTION : LA DELEGATION DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE A LA PROVINCE DE KHOURIBGA.

- ✓ Délai d'exécution : **10 jours.**
- ✓ Date et heure limites de réception des devis des concurrents est le : **23/11/2026 à 09 heures :00 minutes.**
- ✓ Date et heure limites de réception de la documentation technique (Pour tous les article : support physique + CD) comprenant : prospectus, notices, catalogue et les annexes joint dument cachetés et signes par les personnes dûment habilites aux fins demandées est le : **23/11/2026 à 09 heures :00 minutes.**
- ✓ Date et heure limites de réception de l'attestation de garantie et du **cautionnement provisoire à hauteur de 05% de montant de l'offre globale** (montant TTC du devis) ou la caution qui en tient lieu expire conjointement avec la date règlementaire d'envoi de la lettre d'invitation de confirmation de l'offre du concurrent déclaré attributaire du présent bon de commande.

NB : Le cautionnement provisoire est restitué au fournisseur ou la caution qui en tient lieu est libérée après que ce dernier ait achevé la livraison et le maitre d'ouvrage prononcé la conformité technique des articles objet de la présente prestation). Toutefois ledit cautionnement provisoire reste acquis à la délégation du ministère de la santé et de la protection sociale a la province de Khouribga, si l'attributaire du bon de commande n'honore pas ces engagements contractuels envers le maitre d'ouvrage.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

LE MAITRE D'OUVRAGE

Dr. NEDJI AHMED

Délégué Provincial

ANNEXE N° I ; FICHE DESCRIPTIVE D'AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 41/2026

ART N°	DESIGNATION ET SPECIFICATIONS DES ARTICLES PROPOSES	MARQUE / FABRICANT	MODELE/ REFRENCE	ORIGINE	IMAGE(S) (EN COULEUR) DESCRIPTIVE(S) DE L'ARTICLE PRESENTE PAR LE CONCURRENT
01					
02					
03					
04					

FAIT A ..... LE .....

CACHET ET SIGNATURE

ANNEXE N° II
LISTE DE COLISAGE D'AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 41/2026

NOM DU CONCURRENT : ……..

ART N°	DESIGNATION ET SPECIFICATIONS DES ARTICLES PROPOSES	MARQUE	MODELE	ORIGINE	OBSERVATIONS
01					
02					
03					
04					

FAIT A ..... LE .....

CACHET ET SIGNATURE

ANNEXE III

FICHE DESCRIPTIVE DU MATÉRIEL PROPOSÉ D'AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 41/2026

Nom du Concurrent : .....
(Une fiche par article)

➢ **INFORMATIONS GENERALES**

✓ Marque / Fabriquant : .....

✓ Modèle / Type / Référence : .....

✓ Origine du matériel (préciser siège social du constructeur et pays de fabrication des différents composants éventuels de l'équipement s'il y a lieu): .....

✓ Durée de vie nominale annoncée par le constructeur : .....

✓ Dates de première mise sur le marché du modèle proposé :
Mondial : .....
Marocain : .....

✓ Nombre d'appareils similaires installés :
Au Maroc : .....
Ailleurs : .....

✓ Normes de référence : normes marocaines homologuées ou à défaut à des normes internationales conformément à l'article 5 du décret n°2-22-349 du 20 mars 2023 relatif aux marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété : .....

✓ Représentation du fabricant : Le concurrent dispose-t-il de la représentation exclusive du matériel proposé (Oui/Non), si oui : Fournir copie de l'attestation de représentation précisant date et durée de validité.

➢ **SPECIFICATIONS MINIMALES REQUISES**

.....
.....
(Répondre dans l'ordre aux spécifications demandées de l'article correspondant)

➢ **AUTRES SPECIFICATIONS (A PRECISER) :**

.....
.....

Fait à ..... le .....
(Signature et cachet du concurrent)

ARTICLE N 01.

MICROSCOPE BINOCUALIRE OLYMPUS MODÈLE CX23

Révolver pour 4 Objectifs traités antifongiques.
Plan-achromatique 4X/0.1 ,10X/0.25.20X/0,4
40X/ 0.65 à ressort et 100X/1,25 à ressort/Immersion.
Condenseur D'Abbe O.N. 1,25 avec porte filtre
2 oculaires anti fonge grand champ 10X (Champ 20 mm) avec Ouillères et réglage inter pupillaire, Eclairage LED.
Livré avec :

- **700 cartouches GENEXPERT MTB/RIF.**
- **20 boites de masques FFP2.**
- **20 boites de gants en nitrile medium.**
- **1000 crachoirs.**
- **02 Kit de matériel de prélèvement alimentaire en acier inoxydable.**
- **Housse de protection et manuel d'utilisation.**

ARTICLE N 02.

LAVEUR-DESINFECTEUR POUR LAVE ET SECHER LA VERRERIE DE LABORATOIRE

- ✓ Capacité :120L
- ✓ Consommation d'eau :15L
- ✓ Pompe de lavage : 430L
- ✓ Système de contrôle : Écran tactile LCD couleur 7° avec microprocesseur
- ✓ Programme de nettoyage : 11 programmes prédéfinis + 299 programmes libres (PLC)
- ✓ Alimentation électrique :
- ✓ AC220V 50HZ (standard)
- ✓ AC220V 60HZ 110V 50/60HZ 380V 50/60HZ

Livré avec :

- **10 boites de papier filtre.**
- **500 sacs de déchets.**
- **20 boites de gants.**
- **1000 sachets stériles.**
- **10 chalumeaux à gaz.**
- **02 becs bunsen**

ARTICLE N 03.

DILUTATEUR GRAVIMETRIQUE POUR ANALYSE AGROALIMENTAIRE.

ARTICLE N 04.

APPAREIL DE TURBIDIMETRIE

- ✓ TURBIDIMETRE PORTABLE DANS UNE MALLETTE PROFESSIONNELLE
- ✓ Caractéristiques et spécifications :
- ✓ PRIN PLAGE DE MESURE :0 à 1100 NTU.
- ✓ CIPE DE MESURE NEPHELOMETRIE
- ✓ PRECISION : +/-2% DE LA VALEUR MESUREE

Livré avec :

- **01 Comparateur Lovibond 2-en-1 Chlore DPD/Red Phénol avec disques.**