UNIVERSITE IBN ZOHR
Faculté des Sciences Agadir

جامعة ابن زهر
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵏ ⵅⵓⵔ
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

Avis d'achat sur bon de commande n° 13/11/FNC/2026

Le Doyen de la Faculté des Sciences Agadir procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : ACHAT DE MATÉRIEL SCIENTIFIQUE POUR LBVRN DCE

Consistance de la prestation:

#	Désignation, Caractéristiques et spécifications	Qté	U	Garanties exigées
LBVRN	Agitateur magnétique chauffant - Volume : 20 L - Température max : 340 °C - Vitesse réglable de 100 à 1500 tpm Protection contre la surchauffe - Avertissement plaque chaude - Plaque en céramique de 15 cm de diamètre - Alimentation : 240 V.	1	Unitaire	LES FICHES TECHNIQUE DE MATERIEL DOIT ETRE CACHETEE ET ENVOYEE A L'ADRESSE FSA.IBNZOHR@GMAIL.COM MENTIONNANT LE NUMERO DE LA CONSULTATION COMME OBJET AVANT LA DATE D'OUVERTURE DES DEVIS
LBVRN	Thermomètre numérique digitale - Gamme de température : -50,0 à 150,0 °C - Résolution : 0,1 °C - Exactitude : ± 0,3 °C (-20,0 à 90,0 °C), ± 0,5 °C (en dehors) - Sonde fixe : acier inoxydable, 105 mm avec capuchon de protection - Alimentation : 1 pile 1,5 V - Poids : 50 g	4	Unitaire	LES FICHES TECHNIQUE DE MATERIEL DOIT ETRE CACHETEE ET ENVOYEE A L'ADRESSE FSA.IBNZOHR@GMAIL.COM MENTIONNANT LE NUMERO DE LA CONSULTATION COMME OBJET AVANT LA DATE D'OUVERTURE DES DEVIS

Lieu d'exécution: FSA Agadir
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: 01/02/2027
Date et heure limites de réception des devis des concurrents: 21/11/2026

LE SOUS ORDONNATEUR

