ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA ROTECTION SOCIALE
GROUPEMENT SANITAIRE TERRITORIAL FES-MEKNES

المملكـــة المغربيـــة
وزارة الصحـــة والحمـــاية الاجتمـــاعيـــة
المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس

Avis d'achat sur bons de commande N°15/2026-GST/FM

Le Directeur Général du GST Fès-Meknès procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Fournitures De Fongibles Médicaux Et De Fils Chirurgicaux.**

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉ
	Trocart de Biopsie Percutané (pistolet) de Tissus Mous avec Aiguille coaxiale Semi-automatique compatible			
01	AIGUILLE CO-AXIALE 19GX4,4cm	a.Spécifications techniques du Trocart de biopsie semi-automatique • Type de dispositif : Pistolet / Trocart automatique jetable à usage unique pour prélèvement histologique de tissus mous. • Calibre (Diamètre) : ....G. • Longueur utile de l'aiguille : ... cm. • Mécanisme de coupe : Déclenchement automatique et simultané par ressort à haute vélocité (système d'avancement automatique de la canule de coupe et du stylet) permettant une pénétration rapide pour minimiser la déformation ou la fragmentation des tissus. • Ergonomie : Maniement d'une seule main pour l'armement et le tir (permettant de garder l'autre main sur la sonde d'échographie). • Guidage : Marquage centimétrique précis sur toute la longueur de la canule et pointe hautement échogène pour une parfaite visibilité et un positionnement optimal sous contrôle échographique ou scanographique. • Encoche de prélèvement (Sample notch) : Supérieure ou égale à 19 mm ou 9mm afin de garantir une taille de carotte tissulaire optimale pour l'analyse anatomopathologique. b.Spécifications techniques de l'Aiguille Co-axiale introductrice • Fonction : Aiguille de guidage (coaxiale) spécialement dimensionnée pour servir de canal d'accès au trocart semi-automatique ...G x .... Cm ci-dessus, permettant la réalisation de	Unité	15
02	AIGUILLE CO-AXIALE 19GX9,9cm		Unité	5
03	AIGUILLE CO-AXIALE 17GX9,9cm		Unité	100
04	AIGUILLE CO-AXIALE 17GX4,3cm-4,4cm		Unité	100
05	AIGUILLE CO-AXIALE 15GX9,9cm-11,1cm		Unité	50
06	AIGUILLE CO-AXIALE 15GX4,3cm-5,1cm		Unité	150
07	AIGUILLE CO-AXIALE 13GX9,9cm		Unité	10
08	AIGUILLE CO-AXIALE 13GX4,3cm-5,1cm		Unité	10
09	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G20X9,9-10cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	15
10	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G20X15cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	5
11	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G18X20cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	5
12	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G18X15cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	145

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA ROTECTION SOCIALE
GROUPEMENT SANITAIRE TERRITORIAL FES- MEKNES

المملكـــة المغربيـــة
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحـــة والحمـــاية الاجتمـــاعيـــة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
المجموعة الصحية الترابية فاس مكناس
ⵜⴰⵣⵓⵙⵎⵎⴰ ⵜⴰⵣⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ

13	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G18X9-9,9cm SEMI-AUTOMATIQUE	prélèvements multiples (multi-pass) via une seule ponction. • Calibre (Diamètre interne/externe) : .....G (adapté pour laisser passer librement le trocart 16G tout en limitant le traumatisme tissulaire). • Longueur utile : Ajustée spécifiquement à la longueur du trocart (..... cm / .... cm selon la profondeur de pénétration ciblée ou le biseau). L'aiguille coaxiale doit obligatoirement être plus courte que le trocart automatique pour permettre le tir de l'encoche de biopsie au-delà du biseau du coaxial. • Caractéristiques de la canule : Dotée d'un butoir ou d'un anneau de verrouillage (coaxial adapter) pour contrôler et figer la profondeur de pénétration. Marquage centimétrique sur le corps de l'aiguille. Pointe échogène identique au trocart pour un guidage précis sous imagerie. Mandrin interne amovible avec embase translucide et filtage ou à code couleur standardisé facilitant l'identification du calibre.	Unité	95
14	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G16X20cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	5
15	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G16X15cm-16cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	55
16	TROCART DE BIOPSIE DE TISSUS MOUS G16X10cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	300
17	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G14X15cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	10
18	TROCART DE BIOSPIE DE TISSUS MOUS G14X9cm/10cm SEMI-AUTOMATIQUE		Unité	10

- Lieu d'exécution : Groupement Sanitaire Territorial Fès- Meknès.
- Délai d'exécution de la prestation : 06 Mois
- Garanties : Certificat d'enregistrement, projet d'étiquetages et catalogue.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **LE** 24 NOV 2026 **à 11H00.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

20 NOV 2026

Le Directeur Général
Du GST Fès-Meknès

Groupement Sanitaire Territorial Fès - Meknès

Groupement Sanitaire Territorial
FES-MEKNES
Le Directeur Général
Pr. Abdelkrim DAOUDI