Avis d'achat sur bons de commande n° 77/2026

Le Directeur du District Sanitaire Al-Hoceima, procède à l'achat sur Bon de Commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de matériel technique et d'exploitation destiné aux ateliers biomédicaux relevant du District Sanitaire Al-Hoceima.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	**Multimètre numérique professionnel FLUKE ou équivalent.** **Caractéristiques techniques minimales :** • Multimètre numérique professionnel de haute précision, de marque FLUKE ou équivalent. • Affichage numérique LCD avec graphique à barres analogique. • Mesure de la tension alternative et continue jusqu'à 1 000 V. • Mesure du courant alternatif et continu jusqu'à 10 A. • Mesure de résistance jusqu'à 50 MΩ minimum. • Mesure de capacité jusqu'à 10 000 µF minimum. • Mesure de fréquence jusqu'à 100 kHz minimum. • Mesure de température de −40 °C à +400 °C minimum. • Fonction True RMS (valeur efficace vraie). • Fonctions de test de continuité sonore et de diodes. • Sélection automatique et manuelle des calibres. • Fonctions de maintien de l'affichage et d'enregistrement des valeurs minimales, maximales et moyennes. • Catégories de sécurité électrique : CAT III 1 000 V et CAT IV 600 V minimum. • Protection des entrées contre les surcharges. • Boîtier robuste avec étui de protection intégré. • Alimentation par piles. • Accessoires inclus : cordons de mesure, sonde de température, piles et notice d'utilisation. • Appareil neuf, d'origine, livré avec ses accessoires et sa documentation technique.	Unité	05	Un an
2	**Station de soudage numérique avec fer à souder et pompe à dessoudage :** Caractéristiques techniques minimales : • Station de soudage numérique professionnelle destinée aux travaux de maintenance et de réparation des circuits électroniques et des cartes électroniques. • Alimentation électrique : 220–240 V AC, 50 Hz. • Puissance de la station : 100 W minimum. • Affichage numérique LCD permettant le réglage et le contrôle de la température.	Ensemble	03	Un an

	• Plage de température réglable du fer à souder : 200 à 480 °C minimum. • Fer à souder ergonomique avec élément chauffant en céramique et panne interchangeable. • Régulation électronique de la température avec stabilité de ± 3 °C ou meilleure. • Pompe à dessouder électrique intégrée ou indépendante, permettant l'aspiration de l'étain fondu et le dessoudage des composants électroniques. • Accessoires de dessoudage comprenant les buses adaptées, les filtres et les outils de nettoyage nécessaires. • Support de fer à souder avec éponge ou nettoyeur de panne. • Protection contre les surcharges et conception adaptée à une utilisation professionnelle. • Appareil neuf, livré complet avec ses accessoires, son cordon d'alimentation et sa notice d'utilisation.			
3	**Table de travail industrielle antistatique** **Caractéristiques techniques minimales :** • **Type :** table de travail industrielle antistatique (ESD), destinée aux opérations de maintenance biomédicale, électronique et de réparation des cartes électroniques. • **Structure :** ossature métallique robuste, stable et résistante à la corrosion. • **Plan de travail :** surface antistatique dissipative, résistante aux rayures, aux produits de nettoyage et à l'usure. • **Dimensions du plan de travail :** environ 1 200 × 750 mm minimum. • **Hauteur de travail :** réglable ou fixe, adaptée aux opérations de maintenance en position assise. • **Résistance électrostatique :** surface conforme aux exigences applicables aux postes de travail ESD, avec possibilité de mise à la terre. • **Mise à la terre :** borne de raccordement équipotentiel, câble de terre et accessoires de connexion antistatique. • **Équipements complémentaires :** support ou rangement pour outils et accessoires, avec possibilité d'ajouter des accessoires d'atelier. • **Chaise :** chaise industrielle ergonomique, réglable en hauteur, avec assise confortable, dossier et piètement stable. • **Chaise antistatique :** revêtement dissipatif et dispositif de mise à la terre compatibles avec un environnement ESD. • **Pieds :** patins antidérapants ou roulettes adaptées au sol de l'atelier. • **Charge admissible :** au moins 150 kg pour le plan de travail. • **Livraison :** ensemble neuf, comprenant la table, la chaise et les accessoires nécessaires à la mise à la terre.	Unité	01	Un an
4	**Lampe loupe LED articulée professionnelle :** Caractéristiques techniques minimales :	Unité	03	Un an

	• Type : lampe loupe LED professionnelle, destinée aux travaux de maintenance biomédicale, électronique et de précision. • Éclairage : technologie LED à faible consommation, avec éclairage homogène et faible dégagement de chaleur. • Puissance : 8 W minimum. • Loupe : lentille optique en verre ou matériau optique de qualité, diamètre de 120 mm minimum. • Grossissement : 3 dioptries minimum, avec grossissement complémentaire intégré ou équivalent. • Éclairage réglable : au moins deux niveaux d'intensité lumineuse. • Bras articulé : bras métallique à ressorts ou système équivalent, permettant un positionnement précis et stable. • Fixation : pince de serrage robuste pour fixation sur une table de travail, avec possibilité de fixation sur support adapté. • Tête orientable : réglable en inclinaison et en rotation. • Alimentation : secteur 220–240 V AC, 50 Hz. • Protection : capot de protection de la lentille et dispositif de maintien de la tête en position. • Construction : matériaux robustes, adaptés à une utilisation professionnelle régulière. • Livraison : appareil neuf, complet avec système de fixation, cordon d'alimentation et notice d'utilisation.			

Lieu d'exécution : District Sanitaire Al Hoceima .

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 10 jours après attribution.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 24/11/2026 à 12 Heure 30min

NB : Le Concurrent doit envoyer obligatoirement les fiches techniques à l'adresse E-mail suivante : espacehoceima25@gmail.com ; au plus tard le 24/11/2026 à 12 Heure 30min.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Al-Hoceima, Le : ..... 20 NOV. 2026 .....

par intérim