ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS

LABORATOIRE OFFICIEL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES

L.O.A.R.C

المملكة المغربية

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
BC n° 80/2026/LOARC

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UNE ARMOIRE REFRIGEREE

Le Directeur du Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC) lance une consultation pour la passation d'un bon de commande relatif à **la fourniture et la mise en service d'une armoire réfrigérée**, en application des dispositions de l'article 67 du règlement des marchés du LOARC.

Objet de la prestation : Fourniture et mise en service d'une armoire réfrigérée.

Consistance de la prestation :

N° du prix	Désignation	Unité	Qté
01	**Achat d'une armoire réfrigérée professionnelle positive, destinée à la conservation des denrées alimentaires avec les caractéristiques minimales suivantes :** ➢ Type : Armoire réfrigérée professionnelle positive ➢ Utilisation : Conservation de denrées alimentaires ➢ Capacité : Environ **1 400 litres**, avec une capacité minimale de **1 300 litres** ➢ Température : Réglable, permettant une conservation dans une plage d'environ **+2 °C à +8 °C** ➢ Dimensions : (L × P × H) ≥ 1 350 × 850 × 2 115–2 190 mm ➢ Portes : **2 portes**, à fermeture automatique ➢ Intérieur : En matériau adapté à l'usage alimentaire, facilement nettoyable ➢ **Matériau intérieur :** Acier inoxydable AISI 304 ➢ **Matériau extérieur :** Acier inoxydable AISI 304, sauf dos/fond ➢ Étagères : 6 étagères GN 2/1, réglables en hauteur, adaptées à la capacité de l'armoire ➢ Puissance frigorifique 845 W ➢ Régulation : Thermostat électronique ➢ **Dimensions étagère :** ≥ 650 × 530 mm ➢ Affichage : Affichage numérique de la température ➢ Dégivrage : Automatique ➢ Fluide frigorigène : Fluide frigorigène à faible impact environnemental ➢ Alimentation électrique : 230 V – 50 Hz – monophasé ➢ Pieds : Réglables et adaptés à un usage professionnel ➢ Garantie : **un an.**	Unité	**1**

Lieu d'exécution : Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches Chimiques de Casablanca (LOARC).
Délai d'exécution : Sept (07) jours à compter du lendemain de la notification du Bon de Commande.
Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10 heures 30 minutes.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

N.B :

- **L'attribution du bon de commande est subordonnée à l'examen et à la validation de la documentation technique ou du catalogue de l'armoire réfrigérée.**
- **La documentation technique ou le catalogue de l'armoire réfrigérée doivent être obligatoirement transmis aux adresses électroniques <moh.essaouab@gmail.com> et <technicommercial.loarc@gmail.com> ou déposé au Bureau d'Ordre du LOARC.**

LE DIRECTEUR DU LOARC

20 Nove 2026

LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE OFFICIEL D'ANALYSES ET DE RECHERCHES CHIMIQUES (D)

Signé : Mr NABIL CHAOUKI