Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Direction Régionale de la Région de l'Oriental
Délégation Provinciale de Nador

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية لجهة الشرق
مندوبية إقليم الناظور

Avis d'achat sur bons de commande n° 229/2026/DMSPSNADOR

La délégation du ministère de la santé et de la protection sociale de Nador procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : *ACHAT DE MATERIEL MEDICO-TECHNIQUE.*

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	Turbidimètre Milwaukee mi415 pro, Plages de mesure : 0,00 à 50,00 FNU et 50 à 1 000 FNU,Résolution : 0,01 FNU (0–50 FNU) et 1 FNU (50–1 000 FNU),Précision : ±0,5 FNU ou ±5 % de la lecture, Etalonnage : automatique en 3 points (0, 10 et 500 FNU),Alimentation : 1 pile 9 V avec arrêt automatique, Méthode et optique : détection de lumière diffusée (norme ISO 7027), source LED infrarouge à haute émission et détecteur par photocellule au silicium, Etalonnage : automatique en 3 points (0, 10 et 500 FNU)ou équivalent NB : Le soumissionnaire doit envoyer, à l'adresse e-mail suivante : portaildmspsnador@gmail.com, les fiches techniques et les Certificats de conformité comportant les informations de la société, le numéro et l'objet de l'avis d'achat, dûment cachetés et signés par la société, avant la date limite de réception des devis sur le portail des marchés publics.	Turbidimètre milwaukee mi415 pro,Plages de mesure : 0,00 à 50,00 FNU et 50 à 1 000 FNU,Résolution : 0,01 FNU (0–50 FNU) et 1 FNU (50–1 000 FNU),Précision : ±0,5 FNU ou ±5 % de la lecture,Étalonnage : automatique en 3 points (0, 10 et 500 FNU),Alimentation : 1 pile 9 V avec arrêt automatique,Méthode et optique : détection de lumière diffusée (norme ISO 7027), source LED infrarouge à haute émission et détecteur par photocellule au silicium,Étalonnage : automatique en 3 points (0, 10 et 500 FNU)ou équivalent NB : Le soumissionnaire doit envoyer, à l'adresse e-mail suivante : portaildmspsnador@gmail.com,les fiches techniques et les Certificats de conformité comportant les informations de la société, le numéro et l'objet de l'avis d'achat, dûment cachetés et signés par la société, avant la date limite de réception des devis sur le portail des marchés publics.	U	1	

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Direction Régionale de la Région de l'Oriental
Délégation Provinciale de Nador

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية لجهة الشرق
مندوبية إقليم الناظور

N°	Désignation	Caractéristiques	Unité	Quantité	Garanties exigées
2	DLAB DEC100 Benchtop Conductimètre, appareil de laboratoire conçu pour mesurer la conductivité, le TDS, la salinité, la résistivité et la température, Paramètres mesurés : Conductivité, TDS, salinité, résistivité et température, Plages de conductivité : Gamme automatique jusqu'à 199,9 ms/cm (notamment 0–19,99 µS/cm, 20,0–199,9 µS/cm, 200–1999 µS/cm, 2,00–19,99 mS/cm et 20,00–199,9 mS/cm selon la configuration),Plage de température : Jusqu'à 100 °C (ou -9,9 à 130,0 °C selon les séries/variantes) avec compensation automatique de température (ATC),Affichage et protection : Écran rétroéclairé blanc haute résolution (7 pouces sur DEC100 / 4 pouces sur série classique) et indice de protection IP54 ou équivalent **NB :** Le soumissionnaire doit envoyer, à l'adresse e-mail suivante : portaildmspsnador@gmail.com, les fiches techniques et les Certificats de conformité comportant les informations de la société, le numéro et l'objet de l'avis d'achat, dûment cachetés et signés par la société, avant la date limite de réception des devis sur le portail des marchés publics.	DLAB DEC100 Benchtop Conductimètre, appareil de laboratoire conçu pour mesurer la conductivité, le TDS, la salinité, la résistivité et la température, Paramètres mesurés : Conductivité, TDS, salinité, résistivité et température, Plages de conductivité : Gamme automatique jusqu'à 199,9 mS/cm (notamment 0–19,99 µS/cm, 20,0–199,9 µS/cm, 200–1999 µS/cm, 2,00–19,99 mS/cm et 20,00–199,9 mS/cm selon la configuration),Plage de température : Jusqu'à 100 °C (ou -9,9 à 130,0 °C selon les séries/variantes) avec compensation automatique de température (ATC),Affichage et protection : Écran rétroéclairé blanc haute résolution (7 pouces sur DEC100 / 4 pouces sur série classique) et indice de protection IP54 ou équivalent	U	1	

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection sociale
Direction Régionale de la Région de l'Oriental
Délégation Provinciale de Nador

المملكـــــة المغربيـــــة
وزارة الصحـــة والحمايـــة الاجتماعية
المديرية الجهوية لجهة الشرق
مندوبية إقليم الناظور

NB :

Le soumissionnaire doit envoyer, à l'adresse e-mail suivante : portaildmspsnador@gmail.com, les fiches techniques et les Certificats de conformité comportant les informations de la société, le numéro et l'objet de l'avis d'achat, dûment cachetés et signés par la société, avant la date limite de réception des devis sur le portail des marchés publics.

Lieu d'exécution : LABORATOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE NADOR

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 3 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 30/11/2026 à 11h00min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Mr.ABDELLAOUI Jamal
Chef de Service
Administratif
et Economique

Royaume du Maroc
Délégation Provinciale NADOR
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale